



Erhvervsfremme
Styrelsen

Erhvervsministeriet

Dählerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf. 35 46 60 00
Fax 35 46 60 01
E-post efs@efs.dk

www.efs.dk

TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 2000-7053-1496

Udgave: 3

Dato: 18.12.2001

Gyldig til: 13.06.2002

Systembetegnelse: TS 24.53 014

AUTOMATISK VÆGT til TOTALISERENDE VEJNING

Nedennævnte vægt er herefter individuel godkendt under systembetegnelsen TS 24.53-014.

Vægt Art
Visningsenhed Fabrikat Bizerba, type ITE, fabr.nr. ¹⁾1359172 ²⁾1755512.
Underpart Ombygget VII4A-82r vægt.
Vejecelle Fabrikat HBM, type Z6H3 (benævnt Z6H), kapacitet 200 kg.
Suppl. udstyr Intet.

Opstillingssted ¹⁾DLG Vordingborg, Sydhavnen, 4760 Vordingborg.
²⁾KFK Nykøbing FI., Langgade 16-18, 4800 Nykøbing FI.

Ansøger Bizerba A/S, Skovlunde.

1. LEGALE MÅLEDATA

A. Den automatiske vægt.
I henhold til MDIR 24.31-01, udgave 1.

		1)	2)
Maksimumslast	Max	2000 kg	3000 kg
Minimumslast	Min	1000 kg	1500 kg
Største vejehastighed		3 vejninger/minut	3 vejninger/minut
Omsætningsforhold		1:20	1:30
Deling		1 kg	1 kg
Verifikationsværdi		1 kg	1 kg

B. Den egentlige ikke-automatiske vægt:
I henhold til EN45501:1992, AC:1993.

2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER.

Verifikation I henhold til MDIR 24.31-01, udgave 1 og MM 06.
Vægten skal i ikke-automatisk drift opfylde kravene i EN45501:1992,AC:1993.

BEMÆRK ! Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun verificeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.

TYPEGODKENDELSESATTEST

Sag nr. 2000-7053-1496

Systembetegnelse: TS 24.53 014

Forinden verifikation skal visningsenhedens kalibreringsfunktioner sikres med forseglingsmærkat henover beskyttelseshætte inde i visningsenheden.

I automatisk drift bestemmes vægtens fejl som differencen mellem den nominelle masse og massen bestemt ved kontrolvejning med vægten selv.

Påskrifter

Type/verifikationsskilt: »(III), fabrikat, systembetegnelse, type, fabriksnummer, Max 2000 kg, Min 1000 kg, T = -Max og største vejehastighed 3 vejninger/minut«.

I skilt på visningsenheden: »Den ikke-automatiske vægt: Max 2000 kg, Min 20 kg og e = 1 kg« og »Ulovlig til vejning under 1000 kg«

I skilt »Automatisk vægt til vejning af korn«.

Plombering

Type/verifikationsskiltet er placeret på visningsenhedens venstre side. Det sikres med hovedplombemærkat.

Vejecellesamlebokse forsegles med trådplomber eller forseglingsmærkater.

Plomber stemples med verifikationsmærke.

Erhvervsfremme Styrelsen forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikringsplomberingen.

3. KONSTRUKTION

Vægten er en totaliserende beholdervægt sammenstillet af en visningsenhed type ITE fra Bizerba, en ombygget VIIA4-82r vægt med omsætningsforholdet 1:20 til en vejecelle type Z6H3 fra HBM, forbeholder, vejebeholder, udtømningsbeholder, printer type IPT-K fra Bizerba og relæstyring med forvalgstæller.

Visningsenheden har tyve folietaster og LCD display med statussymboler, otte syvsegmenter og seksten stregsegmenter.

Bundspjældet i forbeholderen åbner og materialet falder ned i vejebeholderen. Vejebeholderen fyldes indtil setpunktet, hvorefter bundspjældet lukkes. Når vægten indikerer ro printes vejeresultatet. Bundspjældet i vejebeholderen åbnes og materialet falder ned i udtømningsbeholderen. Når vejebeholderen er tom lukkes bundspjældet og forvalgstælleren registrerer vejningen. Når forvalgstælleren stopper processen skal SUM-registreringen foretages manuelt ved tryk på tasten "F2".

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1998-763/000-967 og 2000-7053-1496.

P. Claudi Johansen.