

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

METROLOGI

Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø

Tlf.: 35 46 62 00 · Fax: 35 46 62 02 · E-post: danak@danak.dk · www.dansk-metrologi.dk

5. TILLÆG TIL
TYPEGODKENDELSESATTEST
1986-763/000-596

Nr.: 2002-7053-1803

Udgave: 1

Dato: 2002-12-15

Gyldig til: 2002-12-31

Systembetegnelse: TS 24.11-120

IKKE-AUTOMATISK VÆGT med ELEKTRONISKE INDRETNINGER

Producent Holstebro Vægtservice, Holstebro.

Ansøger Holstebro Vægtservice, Holstebro.

Art Ikke-automatisk vægt.

Type 1153-21, 1153-51 og 1154-61.

Anvendelse Postekspedition (2 visninger) og industri (1 visning).

Suppl. udstyr Intet.

Vægten er herefter også godkendt med vejecelle type 1040 C3 fra Tedeo-Huntleigh. Varianter med denne vejecelle er godkendt i udgaver som kun kan anvendes til opvejning.

Varianten 1154-61-3030-12 er herefter også godkendt med typebetegnelsen 1154-61-3030 PTS.

Vægten forekommer med følgende typebetegnelser som har formen AAAA-BB-YYYY-CC.

1153-21-		Visning af vægt og beregning af takst og porto.
1153-51-		Visning af vægt.
	YYYY-10	Underpart og en visning sammenbygget.
	YYYY-11	Underpart og to visninger sammenbygget.
	YYYY-12	Underpart og en visning sammenbygget samt sekundær visning kabelforbundet.
	YYYY-40	Underpart og visning kabelforbundet.
	YYYY-41	Underpart og visning kabelforbundet, sekundær visning sammenbygget med underpart.
	YYYY-42	Underpart og visning kabelforbundet, sekundær visning kabelforbundet med underpart.
1154-61-3030-12 1154-61-3030 PTS		Indikation af takstbestemmende vægtzoner.

X er antal vejointervaller. YYY er max. i kg.

DOKUMENTATION Ansøgning nr. 2002-7053-1803

P. Claudi Johansen

BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.