

# Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

## METROLOGI

Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø  
Tlf.: 35 46 62 00 · Fax: 35 46 62 02 · E-post: [danak@danak.dk](mailto:danak@danak.dk) · [www.dansk-metrologi.dk](http://www.dansk-metrologi.dk)

19. tillæg til <b>TYPEGODKENDELSESATTEST</b>  Nr. 243		Nr.: 2003-7053-1875
		Udgave: 1
		Dato: 2003-05-15
Gyldig til: 2003-06-30	Systembetegnelse: IV-33	
<b>MÅLEANLÆG</b>		
<b>Producent</b>	Smith Meters Inc., USA	
<b>Art</b>	Rotorlamelmåler med mekanisk tællværk med stempingsmekanisme og forindstillingsmekanisme	
<b>Type</b>	T 20 og LT 20	
<b>Anvendelse</b>	Udmåling af petroleum og gasolie	
<b>Legale måledata</b>	Attesten er udfærdiget for formelt at lovliggøre de måleanlæg som tidligere er blevet verificeret, uden at den tilhørende tillægsgodkendelse blev udstedt. Hermed er måleren også godkendt med følgende data	
<b>Kapacitet</b>	Max. 1000 liter pr. min. Min. 100 liter pr. min. Mindste verificerede udmåling 100 l Øvrige bestemmelser er uændret i forhold til beskrivelsen i typegodkendelse nr. 243 med efterfølgende tillæg	
<b>Plombering</b>	Uændret i forhold til beskrivelsen i typegodkendelse nr. 243 med efterfølgende tillæg	
<b>Konstruktion</b>	Uændret i forhold til beskrivelsen i typegodkendelse nr. 243 med efterfølgende tillæg	
P. Claudi Johansen		
<b>BEMÆRK !</b> Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed		