

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

METROLOGI

Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø

Tlf.: 35 46 62 00 · Fax: 35 46 62 02 · E-post: danak@danak.dk · www.dansk-metrologi.dk

1. tillæg til TYPEGODKENDELSESATTEST 2001-7053-1597	Nr.: 2003-7053-1889
	Udgave: 1
	Dato: 2003-06-23

Gyldig til: 2011-04-01	Systembetegnelse: TS 27.01 123
------------------------	--------------------------------

VOLUMENMÅLERUNDERPART

GYLDIGHEDSFORLÆNGELSE

Producent	Brunata HG a/s.
Ansøger	Brunata HG a/s, Vibevej 26, 2400 København NV
Art	Elektromagnetisk induktiv volumenmåler med anvendelse af volumenunderpart.
Type	HGQ eller HGS med standard elektronik med pulsudgang (-07 eller -107) eller med special elektronik i selvstændigt hus med galvanisk adskilt pulsudgang (-07S).
Anvendelse	Som volumenmåler eller volumendel til varmeenergimåler til måling af fjernvarme i h.t. EN 1434, nøjagtighedsklasse 2, og miljøklasse C.

Keld Palner Jacobsen

BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed