

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

METROLOGI
Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde
Tlf.: 77 33 95 00 · Fax: 77 33 95 01 · E-post: danak@danak.dk · www.dansk-metrologi.dk

2. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST Nr. 2001-7053-1575		Nr.: 08-3327
		Udgave: 1
		Dato: 2004-06-22
Gyldig til 2011-03-13	Systembetegnelse:	TS ^{27.01} ₁₂₂
<p>Typegodkendelse udstedt i henhold til §16 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 262 af 14. april 1994 om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed.</p> <h2>VARMEENERGIMÅLER</h2> <p>Producent Siemens AG, Nürnberg, Tyskland Ansøger Landis & Gyr A/S Art Beregningsenhed og volumenstrømsgiver Type 2WR5 Anvendelse Måling af varmeenergi iht. DS/EN 1434</p> <p>1. LEGALE MÅLEDATA Måleren er herefter også godkendt til: Temperaturfølere Pt 100 eller Pt 500 med 4-ledertilslutning Miljøklasse C</p> <p>2. KONSTRUKTION Måleren er herefter godkendt med software version 2xx, hvor xx er parametervariable.</p> <p>3. DOKUMENTATION Ansøgning 08-3327. DELTA rapport, projekt E820094, DANAK-199721, dateret 12 maj 2004-06-10</p> <p>Keld Palner Jacobsen</p>		
BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.		

**X. TILLÆG TIL
TYPEGODKENDELSESATTEST
Nr. 2001-7053-1575**

Side:	2 af 2
Nr.:	08-3327
Systembetegnelse	TS ^{27.01} ₁₂₂

Denne side skal ikke anvendes.