

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

METROLOGI
Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde
Tlf.: 77 33 95 00 · Fax: 77 33 95 01 · E-post: danak@danak.dk · www.dansk-metrologi.dk

1. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST Nr. 1997-4163-1024		Nr.: 08-3368
		Udgave: 1
		Dato: 2005-04-06
Gyldig til 2007-10-10	Systembetegnelse: TS ^{24.36} ₀₁₅	
AUTOMATISK VÆGT TIL ENKELTVEJNING		
<p>Vægten er herefter også godkendt med CSC system software, hvor CSC'en er en kraftig PC med SCO Unix og ISAM Version 3 SQL Server.</p> <p>Vægttelegrammet inkluderer et 16 bit Cyklisk Redundans Check (CRC) felt, som påføres straks ved modtagelsen af vejedata i CSC'ens intelligente interface-kort (RIC) for at beskytte vægttelegrammet under transmission gennem CSC'en, hvor det bliver gemt med CRC beskyttelse i mindst en måned. De gemte vægtdata kan når som helst i denne periode kaldes frem og identificeres.</p> <p>De legal-relevante filer af CSC softwaren er checksumsbeskyttede.</p> <p>CSC = Crisplant System Controller</p> <p>Med dette tillæg forlænges gyldighedsperioden for typegodkendelsen til 10. oktober 2007.</p>		
Producent	FKI Logistex Crisplant, Danmark	
Ansøger	FKI Logistex Crisplant, Danmark	
Art	Dynamisk eller semi-automatisk statistisk vejning	
Type	WBC	
Anvendelse	I postcentre og lignende til vejning af pakker	
Typegodkendelse	I overensstemmelse med OIML R51, 1996	
DOKUMENTATION		
Ansøgning nr. 08-3368.		
Typeprøvningsrapport fra DELTA: Nr. DANAK-199760, Examination of software CSC 3.1 for the CSC sorter system provided for Post Denmark, Brøndby, dateret 6 April 2005.		
Claudi Johansen		
BEMÆRK !	Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som, sammen med dette og eventuelle andre tillæg, udgør en helhed.	