

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

METROLOGI
Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde
Tlf.: 77 33 95 00 · Fax: 77 33 95 01 · E-post: danak@danak.dk · www.dansk-metrologi.dk

2. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST Nr. 08-1962

Nr.: 08-3370

Udgave: 1

Dato: 2004-11-30

Gyldig til 2006-04-02

Systembetegnelse: TS ^{27.01}₁₄₅

Typegodkendelse udstedt i henhold til §16 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 262 af 14. april 1994 om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed.

BEREGNINGSENHED OG VOLUMENSTRØMSGIVER

Producent	Kamstrup A/S
Ansøger	Kamstrup A/S
Art	Beregningsenhed og volumenstrømsgiver
Type	MULTICAL ® 401
Anvendelse	Måling af varmeenergi iht. DS/EN 1434: 2001 og OIML R75: 2002

1. LEGALE DATA

Følgende legale data er ændret i forhold til typegodkendelsesattesten:

Differenstemperatur $\Delta\Theta_{\min} - \Delta\Theta_{\max}$	2 - 150 K
Kabellængde, temperaturfølere	Max. 10 m

4. MODULER

Måleren må herefter leveres og anvendes med nedenstående modul, ud over dem som er nævnt i typegodkendelsesattesten:

M-Bus modul med 2 pulsindgange, type 66-OP-XXX-XXX.

5. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 08-3370.

Keld Palner Jacobsen

BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.