

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

METROLOGI
Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde
Tlf.: 77 33 95 00 · Fax: 77 33 95 01 · E-post: danak@danak.dk · www.dansk-metrologi.dk

2. tillæg til TYPEGODKENDELSESATTEST 1995-4163-0783	Nr.: 08-3438
	Udgave: 1
	Dato: 2005-07-18

Gyldig til: 2013-07-18	Systembetegnelse: IV-309
------------------------	--------------------------

VOLUMENMÅLER

GYLDIGHEDSFORLÆNGELSE

Producent	Siemens Flow Instruments A/S
Ansøger	Siemens Flow Instruments A/S
Art	Magnetisk induktiv volumenmåler
Type	Transmitter (signalomsæt.): Type MAG 3000TC (Rack-monteret) : Type MAG 1100 : Type MAG 2100 : Type MAG 3100
Anvendelse	Volumenmåling af mælkeprodukter, øl, vin m.v. Til stationær og mobilanvendelse i h.t. OIML R 117* * Bortset fra performance test A.1.4.10 (DC perturbations on DC powered instruments)

P. Claudi Johansen

BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed