

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

METROLOGI

Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde

Tlf.: 77 33 95 00 · Fax: 77 33 95 01 · E-post: danak@danak.dk · www.dansk-metrologi.dk

5. TILLÆG TIL
TYPEGODKENDELSESATTEST
1991-763/000-1263

Nr.: 08-3474

Udgave: 1

Dato: 2005-11-09

Gyldig til: 2011-01-21

Systembetegnelse: IV - 284 cs

MÅLEANLÆG

Producent	Tokheim.
Ansøger	Tokheim Scandinavia A/S, Allerød, Danmark.
Art	Dobbeltstander med elektronisk tællerværk.
Ændring	Standeren er hermed godkendt med kapacitet 80/40 l/m og med ændret kapacitet/deling af tællerværkets litervisning.
Type	Calutron 4 - dobbelt 2-kapacitetsstander.
Anvendelse	Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie i trafiksektoren.

1. LEGALE MÅLEDATA

Kapacitet	Qmax	40/80 liter pr. min.
Mindste verificerede udmåling		20 liter
Tællerværk		
	Litertæller	kapacitet 99999,9 liter deling 0,1 liter
	Pristæller	kapacitet 9999,99 kr. deling 0,01 kr.
	Dagspris	kapacitet 99,99 kr. pr. liter deling 0,01 kr. pr. liter

BEMÆRK !

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.

2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Plombering

Verifikationsskilt sikres med 18 mm årstalsplombe til chassis. Desuden sikres med plombetråd og løse plomber med verifikationsmærke:

Den indbyggede impulsgiver til måleorgans overpart, måleorgans overpart samt cylinderdæksel med kalibrator til måleorgan, kalibrators låsestift til cylinderdæksel og måleorgan til chassis. Pulstransmission fra pulsgiver via jointboks i standerens hydraulikdel, sikres ved plombering af to af jointboksens sammenspændingsskruer mod åbning.

Pulstransmission fra jointboks til printkort i standerens elektronikoved, og fra printkort til den elektroniske styring (kalkulator) med indbygget tællværk, sikres ved plombering mod fjernelse af elektronikovedets to skalaplader til elektronikovedets chassis. Hver skalaplade plomberes i to forborede huller diagonalt i skalapladens hjørner, til forborede huller i elektronikovedets chassis.

Øvrige verifikationsbestemmelser uændret fra attest nr. 1991-763/000-1263 og efterfølgende tillæg.

3. KONSTRUKTION

Hermed er standeren også godkendt som dobbelt 2-kapacitetstander med kapacitet på henholdsvis 40 eller 80 liter pr. min. Standeren vil altid starte med kapacitet på 40 liter pr. min. og kapacitet på 80 liter pr. min. opnås ved aktivering af trykknapp. (Tællværkets kapacitet/deling er ændret i henhold til pkt. 1 Legale Måledata).

Øvrige konstruktion uændret fra attest nr. 1991-763/000-1263 og efterfølgende tillæg.

Med dette tillæg forlænges gyldighedsperioden til 21. januar 2011.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 08-3474

P. Claudi Johansen