

# Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

METROLOGI  
Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde  
Tlf.: 77 33 95 00 · Fax: 77 33 95 01 · E-post: [danak@danak.dk](mailto:danak@danak.dk) · [www.dansk-metrologi.dk](http://www.dansk-metrologi.dk)

## 2. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST Nr. 2000-7053-1508

Nr.: 08-3480

Udgave: 1

Dato: 2005-10-31

Gyldig til 2010-12-06

Systembetegnelse: TS <sup>27.01</sup><sub>112</sub>

Typegodkendelse udstedt i henhold til §16 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 262 af 14. april 1994 om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsjemed.

## TEMPERATURFØLERPAR

**Producent** Kamstrup A/S, Danmark  
**Ansøger** Kamstrup A/S, Danmark  
**Art** Temperaturfølerpar med dyklommer  
**Type** 2-trådet DS/EN 1434 type DS-cable  
**Anvendelse** Måling af varmeenergi i henhold til DS/EN 1434

### 1. LEGALE MÅLEDATA

Temperaturfølerparrene er herefter godkendt i sæt med 3 stk. korte direkte følere i henhold til nedenstående skema.

Typenummer	Kabel- længde max.	Kabel- modstand
66-00-0Q3-xxx	1,5 m	<0,24 Ω
66-00-0Q4-xxx	3,0 m	<0,48 Ω

### 4. DOKUMENTATION

Ansøgningsnummer nr. 08-3480.

Keld Palner Jacobsen

**BEMÆRK !** Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.