

3. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST Nr. 2000-7053-1556		Nr.: 08-3598
		Udgave: 1
		Dato: 2006-05-23
Gyldig til 2016-10-29	Systembetegnelse:	TS ^{27.01} ₁₂₂

Typegodkendelse udstedt i henhold til §16 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 262 af 14. april 1994 om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed.

VARMEENERGIMÅLER

Producent	Siemens AG, Nürnberg, Tyskland
Ansøger	Landis & Gyr A/S
Art	Beregningseenhed og volumenstrømsgiver
Type	2WR5
Anvendelse	Måling af varmeenergi iht. DS/EN 1434

Måleren må leveres med følgende moduler ud over dem, der er nævnt i typegodkendelsesattesten afsnit 3:

3. KONSTRUKTION

Radiomodul: WZR-RM (indbygget antenné)

Radiomodul: WZR-RM-EXT (til ekstern antenné)

Modulerne må monteres uden efterfølgende verifikation. For at opnå en tilfredsstillende udsætningstid for måleren skal målerens normale batteritype WZ-BC udskiftes til type WZ-BD. Radiomodulerne er ikke en del af typegodkendelsen.

Tillægget er samtidig en gyldighedsforlængelse.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 08-3598.

DELTA rapport E820123, DANAK-199759.

Keld Palner Jacobsen

BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.

