

3. tillæg til TYPEGODKENDELSESATTEST 1997-4163-1040	Nr.: 08-3624
	Udgave: 1
	Dato: 2006-07-26

Gyldig til: 2016-10-29

Systembetegnelse: TS 22.36 001

KOLDTVANDSMÅLER

GYLDIGHEDSFORLÆNGELSE

Producent	Siemens Flow Instruments A/S
Ansøger	Siemens Flow Instruments A/S
Art	Elektromagnetisk induktiv volumenflowmåler
Type	Indikator: Type MAG 3000CT rack-monteret udgave Type MAG 6000CT rack-monteret eller kompakt udgave Flowsensor: Type MAG 3100 / MAG 3100W
Anvendelse	Som volumenmåler til måling af koldt vandværksvand med temperatur Mellem 0 og 30 °C i h.t. Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse Nr. 866 af 1998-12-08.

Tillæg der er omfattet af gyldighedsforlængelsen:

1. tillæg sags.nr. 1999-4163-1358
2. tillæg sags.nr. 1999-4163-1363

P. Claudi Johansen

BEMÆRK: Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.