

Målemaskine

Efter ansøgning fra A/S Biro, København, har justervæsenet tilladt, at den ved »Bekendtgørelser fra justervæsenet nr. 210« godkendte målemaskine også justeres med følgende specifikationer:

Kapacitet:

Højst: 50 hl/min.

Mindst: 10 hl/min.

Mindste lovlige salg: 20 hl

Detailtæller (cifertæller)

Kapacitet: 10.000 hl

Inddeling: 1 hl

Totaltæller: (cifertæller)

Kapacitet: 10.000.000 hl

Inddeling: 1 hl

I øvrigt er de i ovennævnte bekendtgørelse fastsatte bestemmelser uændret gældende, for så vidt de kan komme til anvendelse.

Justervæsenet, København, den 15. marts 1968.

A. K. F. Christiansen