

Målemaskine

Efter ansøgning fra A/S Biro, København, har Justervæsenet tilladt, at den ved »Bekendtgørelser fra Justervæsenet nr. 243« godkendte målemaskine også justeres med et mindste lovligt salg på 20 l og 50 l henholdsvis for model T 10 og T 15.

Endvidere er målemaskinen godkendt med en mellem tæller og måleorgan indskudt vinkeltransmission, som gennem et kabel kan trække et fjerntællværk. Transmissionen sikres til såvel tæller som måleorgan. Kablet sikres til transmissionen og fjerntællværket. Et skilt med teksten: »Justeringen gælder ikke dette tællværk« sikres til fjerntællværket.

I øvrigt er de i ovennævnte bekendtgørelse fastsatte bestemmelser uændret gældende, for så vidt de kan komme til anvendelse.

Justervæsenet, København, den 1. marts 1963.

A. K. F. Christiansen