

## Målemaskine

Efter ansøgning fra A/S Biro, København, har Justervæsenet tilladt, at den ved »Bekendtgørelser fra Justervæsenet nr. 243« og »243« (1. tillæg) godkendte målemaskine også justeres med følgende kapaciteter:

For målemaskine model T-15: 150, 200, 250, 300, 350 og 450 l/min.

For målemaskine model T-10: 150, 200, 250 og 300 l/min.

I øvrigt er de i ovennævnte bekendtgørelser fastsatte bestemmelser uændret gældende, for så vidt de kan komme til anvendelse.

*Justervæsenet, København, den 15. juni 1963.*

**A. K. F. Christiansen**