



BEKENDTGØRELSE FRA JUSTERVÆSENET
TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 39/1982

Udgave 1

Dato 1982 -12 -15

Gyldig til 1984-12-31

Systembetegnelse: IV-174 cs

MÅLEANLÆG



Fabrikant: Schweiher Eisenwerk, Tyskland og
Liquid Control Corporation, U.S.A.
Anmelder: Metax-Olie A/S, Aalborg.
Art: Dieselstander.
Typen: Zapfbord og Zapfsäule ZF 80.
Anvendelse: Udmåling af gasolie.

1. JUSTERTEKNISKE DATA

Kapacitet: 120 l/min.

Mindste lovlige udmåling: 20 l

Tællværk:

Pristæller, kapacitet 9999,90 kr.
deling 0,10 kr.

Litertæller, kapacitet 999,99 l
deling 0,01 l

Dagspris, kapacitet 999 øre pr. l
deling 1 øre pr. l

Justertolerance: ± 5 ‰

BEMÆRK!

Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun justeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.



TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 39/1982

Systembet.: IV-174 cs

2. JUSTERBESTEMMELSER

- Omjustering:** Årligt, samt såfremt Justervæsenets plombering er brudt eller defekt, samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed.
- Påskrifter:** Eventuel fjernregistreringsenhed mærkes »Ujusteret«.
- Skalaplade:**
Beløb kroner, liter, øre pr. liter.
Justeringen gælder kun detaillitertælleren.
Mindste lovlige salg 20 liter.
- Ved synsglas:**
Glasset skal være fyldt.
- Justerskilt:**
Til benzin, petroleum eller gasolie.
Systembetegnelse, Jv.nr., Fabr.nr., Max. l/min.
Justeringen gælder kun detaillitertælleren.
Mindste lovlige salg l.
- Plombering:** Justerskilt sikres med 18 mm årstalsplombe.
Desuden sikres med plombetråd og løse plomber med justermærke:
Måleorgans endedæksler og dæksel over reguleringsorgan, hver igennem 2 skruer.
Dæksel ovenover reguleringsorgan samt impuls giver sikres til måleorgan, og måleorgan til standers chassis.
Elektronikboxen med displays sikres til standers hoved med plombetråd igennem 4 fastspændingsskruer og microprocessorprintkort sikres med plombetråd igennem hul i printkortets ene hjørne og omkring printkortchassis.
2 stk. prom'er på microprocessorprintkort forsynes hver med en C5 mærkat.
Justervæsenet forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikkerhedsplomberingen.

3. KONSTRUKTION

Standeren er en modificering af de i bekendtgørelse nr. 20/1981, systembetegnelse IV-111cs beskrevne.
Det hydrauliske system består af pumpe, fabrikat Alfons Haar, type AH50/213, luftudskiller af fabrikat Liquid Controls, type 50V4 samt måleorgan af fabrikat Liquid Controls, type M5. 2-kanal impuls giveren er af fabrikat Kienzle.
Den elektroniske styring og tællerværk er af fabrikat Metax/Schwelm og displays er af fabrikat Ferranti.
Zapsäule Z 80 er en enkeltstander med visning af kroner, liter og literpris på begge sider.
Zapfbord er 2 helt adskilte enkeltstandere i samme kabinet med hver sin betjeningsside.
Både Zapsäule Z 80 og Zapfbord kan tilsluttes satellitstander.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1073/82, dateret 1982-03-16.

E. Repstorff Holtveg