



BEKENDTGØRELSE FRA JUSTERVÆSENET
TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 55 /1982


Udgave 1

Dato 1982-12-31

Gyldig til 1984-12-31

Systembetegnelse: IV-169 cs

MÅLEANLÆG



Fabrikant: Liquid Controls Corp. U.S.A. og Tatsuno, Japan.
Anmelder: Dansk Olie-Måler Service A/S, Glostrup.
Art: Dieselstander med elektronisk tællværk.
Type: Trimline 150.
Anvendelse: Til udmåling af gasolie.

1. JUSTERTEKNISKE DATA

Kapacitet: 150 l/min.

Mindste lovlige udmåling: 20 l

Tællværk:

Pristæller, -kapacitet	9999,90 kr.
deling	0,10 kr.
Litertæller, kapacitet	999,99 l
deling	0,01 l
Dagspris, kapacitet	99,99 kr. pr. l
deling	0,01 kr. pr. l

Justertolerance: ± 5 %

BEMÆRK! Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun justeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.



2. JUSTERBESTEMMELSER

Omjustering:

Årligt, samt såfremt Justervæsenets plombering er brudt eller defekt, samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed.

Påskrifter:

Eventuel fjernregistreringsenhed mærkes »Ujusteret«.

Skalaplade:

Kroner, liter, dagspris eller liter.

Justeringen gælder kun detaillitertælleren.

Ved synsglas:

Glasset skal være fyldt.

Justerskilt:

Til benzin, petroleum eller gasolie.

Systembetegnelse, Jv. nr., Fabr. nr., Max.l/min.

Mindste lovlige salgliter.

Justeringen gælder kun detaillitertælleren.

Plombering:

Justerskilt sikres med 18 mm årstalsplombe.

Desuden sikres med plombetråd og løse plomber med justermærke.

Måleorgans endedæksler, dæksel foran reguleringsorgan samt dæksel ovenover reguleringsorgan hver igennem 2 skruer.

Måleorgan sikres til standers chassis.

På elektronikboxen sikres frontdæksel med displays og bagdæksel med displays hver med plombetråd igennem 2 skruer. (Nederste bagdæksel sikres ikke).

Elektronikboxen sikres til standers chassis.

Justervæsenet forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikkerhedsplomberingen.

3. KONSTRUKTION

Standerens hydrauliske system består af pumpe af fabrikat Alfons Haar, type UVHFP 50, luftudskiller af fabrikat Liquid Controls samt måleorgan af fabrikat Liquid Controls, type M5. Måleorganet er identisk med det i justervæsenets bekendtgørelse nr. 19/1981, systembetegnelse IV-102 beskrevne. Det elektroniske tællerværk er af fabrikat Tatsuno, type 8010 T13 med indbygget 2-kanal impuls giver samt krone-liter og dagsprisvisning på begge sider af standeren. I tilfælde af strømsvigt bibeholdes litervisningen på den ene side af standeren i min. 5 minutter.

Tællerværket kan vise kroner, liter og dagspris, eller kun liter.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1095/82, dateret 1982-10-05.

E. Repstorff Holtveg