

Industriministeriet
TEKNOLOGISTYRELSEN
SEKRETARIATET
FOR
MÅLETEKNIK

9. TILLÆG TIL
TYPEGODKENDELSESATTEST
Nr. 243

Nr.: 1983-743/000-38


Udgave: 1

Dato: 1983-05-08

Gyldig til 1985-06-30

Systembetegnelse: IV-33

MÅLEMASKINE



Hermed er målemaskinen også godkendt som type T-20 med mekanisk tællværk, forindstilling og trykværk.

Kapacitet max. 750 l/min.
min. 100 l/min.

Mindste lovlige udmåling 200 l

Tællværk:

Litermåler,	kapacitet	99999,9 l
	deling	0,1 l
Bruttotæller,	kapacitet	99999999 l
	deling	1 l

Verifikationstolerance ± 5‰

Plombering = uændret

Målemaskinen er også godkendt med en elektronisk impuls giver, fabrikat Samprojekt type PG-8207-50, monteret som sekundært udstyr imellem måleorgan og det mekaniske tællværk med forindstilling og trykværk.

Ansøgning nr. 310

J. Kaavé/P. Claudi Johansen

BEMÆRK! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.