

Industriministeriet
TEKNOLOGISTYRELSEN
SEKRETARIATET
FOR
MÅLETEKNIK

TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 1983-743/000-43

Udgave: 1

Dato: 1983-06-01

Gyldig til 1985-06-30

Systembetegnelse: IV-196 cs

MÅLEANLÆG



Producent

ATT: Anlagen- und Tankstellen-Technik GmbH.
Vesttyskland og Tatsuno Ltd. Japan.

Ansøger

Metax-Olie A/S, Aalborg.

Art

Enkelt- eller dobbelt stander med elektronisk tællerværk.

Typer

ATT Micom Single.

ATT Micon Dual.

Anvendelse

Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie.

1. LEGALE MÅLEDATA

Kapacitet

50 l/min.

Mindste lovlige udmåling

5 l

Tællerværk:

Pristæller,	kapacitet	999,99 kr.
	deling	0,01 kr.
Litertæller,	kapacitet	999,99 l
	deling	0,01 l
Dagspris,	kapacitet	99,99 kr. pr. l
	deling	0,01 kr. pr. l

Verifikationstolerance:

± 5 ‰

BEMÆRK!

Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun verificeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.

TEKNOLOGISTYRELSEN	TYPEGODKENDELSESATTEST	Nr.: 1983-743/000-43
		Systembet.: IV-196 cs
<p>2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER</p>		
<p>Verifikation</p>	<p>Årligt, samt såfremt den legale plombering er brudt eller defekt, samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed.</p>	
<p>Påskrifter</p>	<p>Eventuel fjernregistreringsenhed mærkes »ikke verificeret«.</p> <p>Skalaplade: Kroner, liter, kroner pr. liter. Verifikationen gælder kun detaillitertælleren. Ved synsglas: Glasset skal være fyldt.</p> <p>Verifikationsskilt: Til benzin, petroleum eller gasolie. Systembetegnelse, Jv. nr., Fabr.nr., Max. l/min. Mindste lovlig salg l. Justeringen gælder kun detaillitertælleren.</p>	
<p>Plombering</p>	<p>Verifikationsskilt sikres med 18 mm årstalsplombe. Desuden sikres med plombebråd og løse plomber med verifikationsmærke: Reguleringsorgans håndhjul og låsestift til cylinderdæksel, reguleringsorganets cylinderdæksel igennem 2 fastspændingsskruer samt impulsgiver til standers chassis. På elektronikboxen sikres frontdæksel med displays og bagdæksel med displays hver med plombebråd igennem 2 skruer. (Nederste bagdæksel sikres ikke). Elektronikbox og måleorgan sikres til standers chassis. Teknologistyrelsen forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikkerhedsplomberingen.</p>	
<p>3. KONSTRUKTION</p>		
<p>Det hydrauliske system i enkeltstanderen er af fabrikat Tatsuno og består af en sammenbygget pumpe og luftudskiller model PGS 0253-36 samt en 4 cylindret stempelmåler model MP-02515-30 med reguleringsorgan på toppen af den ene cylinder. Måleorganet driver en 2-kanal impulsgiver af fabrikat Tatsuno, type RDK-87. Den elektroniske styring og tælleværk, med krone-, liter- og dagsprisvisning på begge sider, er af fabrikat Tatsuno model RFU 8010. Dobbeltstanderen indeholder 2 helt adskilte enkeltstandere i samme kabinet. I tilfælde af strømsvigt under tankning fastholdes liter- og kronevisning i min. 5 minutter.</p>		
<p>4. DOKUMENTATION</p>		
<p>Ansøgning nr. 1101/82, dateret 1982-12-22.</p>		
<p style="text-align: center;"><i>J. Kaavé/P. Claudi Johansen</i></p>		