

Industriministeriet
TEKNOLOGISTYRELSEN
SEKRETARIATET
FOR
MÅLETEKNIK

14. TILLÆG TIL
TYPEGODKENDELSESATTEST
Nr. 243

Nr.:1988-763/000-890

Udgave: 1

Dato: 1988-06-15

Gyldig til 1993-06-30

Systembetegnelse: IV-33

VOLUMEN VÆSKEMÅLER

Producent

Smith Meters Inc. og Gate City Oil Equipment Co., Inc., U.S.A.
MA-TEKNIK, Lyngø.

Ansøger

Art

Rotorlamelmåler med mekanisk tællværk med stemplingsmekanisme og forindstillingsmekanisme.

Type

T-10

T-20

Anvendelse

Udmåling af benzin og lignende væsker.

KONSTRUKTION

Hermed er måleren godkendt forsynet med pneumatisk transmitter af fabrikat Gate City Oil Equipment Co., Inc. til brug ved tilsætning af additiver.

Den pneumatisk transmitter består af et rektangulært aluminiumshus indeholdende gennemgående aksel med tandhjul og knast samt vippearms og ventil monteret på L-profil. Den pneumatisk transmitter opnår moment på akslen via et ekstra tandhjulssæt monteret på gearpladen mellem måleren og tællværket.

Den pneumatisk transmitter monteres på siden af Veeder-Root tællværk LNC således at den åbne side på huset vender nedad.

Øvrige konstruktion uændret i forhold til beskrivelse i typegodkendelse nr. 243.

Plombering

Den pneumatisk transmitter plomberes fast til tællværket således at den ikke kan fjernes herfra.

Øvrige plombering uændret i forhold til beskrivelse i typegodkendelse nr. 243.

Ansøgning nr. 1988-763/000-890.

J. Kaavé/P. Claudi Johansen

BEMÆRK!

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.