



15. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST Nr. 243	Nr.: 1989-763/000-1018
	Udgave: 2
	Dato: 1993-05-01
Gyldig til 1993-06-30	Systembetegnelse: IV-33

VOLUMEN-VÆSKEMÅLER

Producent Smith Meters Inc., USA.
Ansøger MA-TEKNIK, Lyngø.
Art Rotorlamelmåler med mekanisk tællerværk med stemplingsmekanisme og forindstillingsmekanisme.
Type T - 10
T - 20
T - 40
AT - 25
Anvendelse Udmåling af benzin og lignende væsker.

Hermed er måleren også godkendt som type T - 40.

Kapacitet Max. 1500 l/min.
Min. 150 l/min.

Desuden er T - 40 måleren godkendt med nedenstående max. kapacitet i de tilfælde, hvor den er monteret som "faldstrømsudgave".

Kapacitet Max. 1000 l/min.
Min. 150 l/min.

Mindste verificerede udmåling 100 liter

Tællerværk	Litertæller , kapacitet	99999,9 liter
		, deling 0,1 liter
	Bruttotæller , kapacitet	99999999 liter
		, deling 1 liter

Verifikations tolerance $\pm 5 \text{ ‰}$

Konstruktion og plombering uændret i forhold til beskrivelse i attest nr. 243.

Ansøgning nr. 1989-763/000-1018 og 1993-4163-0371.

P. Claudi Johansen

BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.