

Industriministeriet
INDUSTRI- OG
HANDELSSTYRELSEN
9. Kontor
MÅLETEKNIK

10. TILLÆG TIL
TYPEGODKENDELSESATTEST
Nr. 298

Nr.: 1990-763/000-1192

Udgave: 1

Dato: 1990-10-15

Gyldig til 1990-12-31

Systembetegnelse: IV-51

VOLUMEN-VÆSKEMÅLER

Producent Avery Hardoll Ltd., England.
Ansøger Scanfilter A/S, Hedehusene.
Art Volumen-væskemåler med mekanisk tællværk.
Type BM 650.
Anvendelse Til udmåling af væsker.

LEGALE MÅLEDATA

Kapacitet Min. 300 liter pr. min.
Max. 3000 liter pr. min.

Tællværk Litervisning, kapacitet 999999 liter
, deling 1 liter

Totaltæller , kapacitet 99999999 liter
, deling 1 liter

Mindste verificerede udmåling 400 liter

Verifikationstolerance $\pm 5 \text{ ‰}$

KONSTRUKTION Uændret i forhold til beskrivelse i Bekendtgørelse nr. 298.

Plombering Uændret.

DOKUMENTATION Ansøgning nr. 1990-763/000-1192.

J. Kaavé / P. Claudi Johansen

BEMÆRK!

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.