



5. TILLÆG TIL
TYPEGODKENDELSESATTEST
1992-4163-0187

Nr.: 1994-4163-0559 *

Udgave: 1

Dato: 1997-04-15

Gyldig til 2002-07-27

Systembetegnelse: IV - 292 cs

MÅLEANLÆG

Producent

Tankanlagen Salzkotten GmbH, Tyskland.

Ansøger

AutoTank A/S, Ishøj.

Art

Multistander, evt. med gastilbageføring, med elektronisk tælleværk.

Typer

AutoLane 9 X X X - X X

K: med kontokortautomat

R: oprullet slange

H: slange m. højt ophæng

Antal pistoler pr. side

Antal produkter ud

Antal produkter ind

Anvendelse

Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie i trafiksektoren.

1. LEGALE MÅLEDATA

Uændret fra attest nr. 1992-4163-0187 og efterfølgende tillæg.

2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Verifikation

Uændret bortset fra følgende:

Ved verifikation af stander med pumpe-luftudskiller EG 80 og uden synsglas skal foretages funktionstest af pumpe-luftudskiller enheden.

Påskrifter

Uændret bortset fra følgende:

EG 80 enheden skal være mærket med det typeskilt og den tekst, som er anført i EØF-godkendelsen for den pågældende type.

Påskriften: "Glasset skal være fyldt" udelades.

Plombering

Uændret bortset fra følgende:

EG 80 enheden skal være plomberet som anvist i typens EØF-godkendelse.

BEMÆRK !

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.

3. KONSTRUKTION

Standeren er nu også godkendt uden synsglas, hvis standen har monteret pumpe-luftudskiller EG 80 af en type, som er EØF-godkendt til anvendelse uden gasindikator ved standerens maksimale volumenstrøm. Godkendelsesmærket er:



Se tillæggets tekniske bilag.

Til brug ved verifikation eller anden funktionskontrol skal standen være forsynet med en anordning, som muliggør indtag af så meget luft opstrøms pumpen, at EG 80 enheden stopper væskestrømmen. Anordningen skal kunne åbnes og lukkes uden brug af specialværktøj.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1994-4163-0559.

P. Claudi Johansen.