



18. TILLÆG TIL  
TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr. 243

Nr.: 1994-4163-0690

Udgave: 1

Dato: 1996-08-15

Gyldig til 2003-06-30

Systembetegnelse: IV - 33 cs

## MÅLEANLÆG

**Producent** Smith Meters Inc., USA.  
**Ansøger** MA-Teknik, Lyngø.  
**Art** Rotorlamelmåler med mekanisk tællerværk med stemplingsmekanisme og forindstillingsmekanisme.  
**Type** T-11 og T-20.  
**Anvendelse** Udmåling af smøreolie.

### 1. LEGALE MÅLEDATA

	T-11	T-20
<b>Kapacitet maximum</b>	400 l/min.	1000 l/min.
<b>minimum</b>	40 l/min.	100 l/min.
<b>Mindste verificerede udmåling</b>	100 liter	100 liter
<b>Dynamisk Viskocitet (<math>\eta</math>) [mPa*s]</b>	$0,3 \leq \eta \leq 17$ $25 \leq \eta \leq 1000$ $300 \leq \eta \leq 3000$	$0,3 \leq \eta \leq 17$ $25 \leq \eta \leq 1000$ $150 \leq \eta \leq 1500$
<b>Temperaturområde (t) [°C]</b>	$-10 \leq t \leq 50$ $20 \leq t \leq 80$ $50 \leq t \leq 110$ $110 \leq t \leq 170$	$-10 \leq t \leq 50$ $20 \leq t \leq 80$ $50 \leq t \leq 110$ $110 \leq t \leq 170$

### 2. VERIFIKATIONS- BESTEMMELSER

Hermed er målerne T-11 og T-20 også godkendt til udmåling af smøreolie i et af ovenstående viskocitets- og temperaturområder. Verifikation skal foretages inden for det viskocitets- og temperaturområde som er stemplet på verifikationskiltet.

#### Påskrifter

#### Verifikationsskilt:

Til smøreolie

Systembetegnelse, TS-nr., Fabr. nr.

Max. .... liter pr. min.

Min. .... liter pr. min.

Verifikationen gælder kun udmåling over ..... liter.

Viskocitets- og temperaturområde.

Øvrige bestemmelser uændret fra attest nr. 243 og efterfølgende tillæg.

### 3. KONSTRUKTION

Uændret fra attest nr. 243 og efterfølgende tillæg.

### 4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1994-4163-0690.

P. Claudi Johansen

#### BEMÆRK !

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.