



1. TILLÆG TIL
TYPEGODKENDELSESATTEST
1995-4163-0809

Nr.: 1997-4163-1025

Udgave: 1

Dato: 1997-08-01

Gyldig til 1998-08-12

Systembetegnelse: IV - 315

MÅLEANLÆG

Producent F. Wennström AB.
Ansøger Dansk Olie-Måler Service A/S, Glostrup.
Art Rotormåler med mekanisk Veeder-root tællerværk.
Type 147145
147151
147176
Anvendelse Til udmåling af benzin, petroleum eller gasolie.

1. LEGALE MÅLEDATA

Kapacitet 3" måler

Hermed er 3" måleren også godkendt til benzin.
Benzin, petroleum og gasolie: 100 - 1000 liter pr. min.
Mindste verificerede udmåling: 100 liter
Øvrige legale måledata uændret fra attest nr. 1995-4163-0809.

2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Påskrifter

Skalaplade: "Liter"
Verifikationsskilt: "Til benzin, petroleum eller gasolie"
3" måler: Systembetegnelse, TS-nr., Fabr. nr.
Max. liter pr. min.
Min. liter pr. min.
Mindste verificerede udmåling
Verifikationen gælder kun detaillitertælleren.

Øvrige verifikationsbestemmelser uændret fra attest nr. 1995-4163-0809.

3. KONSTRUKTION

Uændret fra attest nr. 1995-4163-0809.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1997-4163-1025.

P. Claudi Johansen.

BEMÆRK !

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.