



1. TILLÆG TIL
TYPEGODKENDELSESATTEST

1995-4163-720

Nr.: 1997-4163-1028

Udgave: 1

Dato: 04.07.1997

Gyldig til 2005-03-14

Systembetegnelse: TS 24.81 006

MASSEFLOWMÅLER

GYLDIGHEDSFORLÆNGELSE

Producent Danfoss A/S

Ansøger Danfoss A/S, Salg Danmark
Salgsafdeling Århus, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager

Art Coriolis kraft baseret masseflowmåler

Type Transmitter (signalomsæt.) : Type MASS 3000
: Type MASS 2100

Anvendelse Til stationær (klasse B og C) masseudmåling af
mængder af væske i.h.t. OIML R 105

P. Claudi Johansen

BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.