



4. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST 1990-763/000-1163	Nr.: 1997-4163-1066
	Udgave: 1
	Dato: 1998-02-01

Gyldig til 2000-12-31	Systembetegnelse: TS	24.53 013
-----------------------	----------------------	--------------

AUTOMATISK VÆGT til DISKONTINUERLIG, TOTALISERENDE VEJNING

Producent	Toledo Scale, Ohio, USA.
Ansøger	Danvægt A/S, Hinnerup.
Art	Automatisk totaliserende beholdervægt.
Type (visningsenhed) (underpart)	Toledo 8142. DVIU-yyyy, DVIU/H-x, DVIU/F-x eller DVIU/N-x.
Anvendelse	Afvejning af korn, frø, pulver eller granulat.
Suppl. udstyr	Betjeningsterminal DV 6710 eller en IBM kompatibel PC, procesenhed DV 9811 og relæmodul DV 9610.

Vægten er herefter også godkendt med vejeceller type BLC C3, HLC C3, THC C3 og TLC C3 fra HBM.

Vejecellernes data:

Type	BLC C3, HLC C3, THC C3 eller TLC C3
Kapacitet, E_{max}	220, 550, 1100, 1760, 2200 eller 4400 kg
Største delingsantal, n	3000
Mindste vejecelle verifikationsinterval, V_{min}	E _{max} / 10000

Vejecelleverifikationsinterval v er vejecellens belastning, når underparten er belastet med e.

Øvrige forhold er uforandrede.

DOKUMENTATION Ansøgning nr. 1997-4163-1059.

P. Claudi Johansen.

BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.