



6. TILLÆG TIL
TYPEGODKENDELSESATTEST
1992-4163-0187

Nr.: 1998-7053-1268

Udgave: 1


Dato: 1999-02-15

Gyldig til 2002-07-27

Systembetegnelse: IV - 292 cs

MÅLEANLÆG

Producent Tankanlagen Salzkotten GmbH, Tyskland.
Ansøger AutoTank A/S, Ishøj.
Art Multistander, evt. med gastilbageføring, med elektronisk tælleværk.
Typer AutoLane 9 X X X - X X



Anvendelse Til udmåling af benzin, petroleum eller gasolie i trafiksektoren.

1. LEGALE MÅLEDATA

Kapacitet 40 / 65 liter pr. min.

**Mindste verificerede
udmåling** 5 liter

Øvrige legale måledata uændret i forhold til attest nr. 1992-4163-0187.

2. VERIFIKATIONS- BESTEMMELSER

Uændret fra attest nr. 1992-4163-0187 og efterfølgende tillæg.

3. KONSTRUKTION

Stander med følgende måleorgan og pulsgiver:

- Måleorgan Salzkotten type K 90

- Pulsgiver Eitomatic type 01-08

er herefter også godkendt forsynet med 2 trinsstyring for henholdsvis 40 liter/min. og 65 liter/min.

Ved standerens udløb er der placeret en magnetventil så der ved pistoltagning vil udleveres ved 40 liter/min. Ved at aktivere en trykknop, som er placeret på standeren, aktiveres magnetventilen og der åbnes for fuldt flow 65 liter/min.

Ved påsætning af udløbspistolen annulleres aktiveringen og standeren vil ved genstart udlevere 40 liter/min.

Øvrig konstruktion uændret fra attest nr. 1992-4163-0187 og efterfølgende tillæg.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1998-7053-1268.

P. Claudi Johansen

BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.