



Erhvervsfremme
Styrelsen

Erhvervsministeriet

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf. 35 46 60 00
Fax 35 46 60 01
E-post efs@efs.dk
www.efs.dk

2. TILLÆG TIL

TYPEGODKENDELSESATTEST

1993-4163-0514

Nr.: 1999-7053-1325

Udgave: 1

Dato: 07.07.1999

Gyldig til: 2004-04-01

Systembetegnelse: IV-303

VOLUMENMÅLER

Producent Flowdel (e): Proces-Data Silkeborg ApS
Navervej 10
8600 Silkeborg

Indikator: Dansk Mejeri elektronik A/S
Samsøvej 21-23
8382 Hinnerup

Ansøger Dansk Mejeri Elektronik A/S
Samsøvej 21-23
8382 Hinnerup

Art Elektromagnetisk induktiv volumenflowmåler

Type Flowdel (e): DME MIF C25, C38, C51, C63 eller C76
Indikator: DME-Lillebror

Anvendelse Volumenmåling af mælkeprodukter, pilsnerøl m.v.
Til stationær og mobil anvendelse.

Målerne er hermed også godkendt til måling af pilsnerøl under følgende forudsætninger:

- Væsketryk ved udlevering > 0,8 bar (overtryk).
- Verifikation kan foretages med både aktuel anvendelsesvæske og vand.
Foretages verifikationen med vand, skal der dog udføres sammenlignende kalibreringer på en måler med de to væsketyper ved de aktuelle flowhastigheder, således at der kan korrigeres for et evt. off-set.

Målerne kan verificeres med nedsat max. flowhastighed (on-site nedmærkning), dog således at forholdet mellem min. og max. flowhastighed altid er mindst 1:5.

Qmin. er fortsat som anført i typegodkendelsesattest nr. 1993-4163-0514.

P. Claudi Johansen

BEMÆRK !

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.