



Erhvervsfremme
Styrelsen

Erhvervsministeriet

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf. 35 46 60 00
Fax 35 46 60 01
E-post efs@efs.dk
www.efs.dk

4. TILLÆG TIL
TYPEGODKENDELSESATTEST
1996-4163-0901

Nr.: 1999-7053-1357 *

Udgave: 1

Dato: 1999-09-01

Gyldig til: 2006-11-04

Systembetegnelse: IV – 317 cs

MÅLEANLÆG

Producent Tokheim B.V. Holland.
Ansøger ABB Service A/S.
Art Dieselstander med elektronisk tællerværk.
Type Lowline
Anvendelse Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie i trafiksektoren.

1. LEGALE MÅLEDATA

Kapacitet 40/80 liter/min
**Mindste verificerede
udmåling** 5 liter

Øvrige legale måledata uændret i forhold til beskrivelse i attest
nr. 1996-4163-0901.

2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Uændrede fra attest nr. 1996-4163-0901.

3. KONSTRUKTION

Hermed er standeren også godkendt med 2 udleveringshastigheder til diesel på samme pistol. Dieselstanderen opbygges med 2 sæt hydraulik som ved en blendstander. Udløbshastigheden vælges via trykknop og skal vælge enten høj eller lav udløbshastighed for at starte pumpemotoren/motorene. Lav udløbshastighed udmåles over et måleorgan, høj udløbshastighed udmåles over 2 måleorganer.

Øvrig konstruktion uændret fra attest nr. 1996-4163-0901.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1999-7053-1357

P. Claudi Johansen

BEMÆRK !

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.