

# Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

METROLOGI

Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø

Tlf.: 35 46 62 00 · Fax: 35 46 62 02 · E-post: danak@danak.dk · www.dansk-metrologi.dk

2. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST 1997-4163-1040		Nr.: 1999-4163-1363
		Udgave: 2
		Dato: 2003-08-01
Gyldig til: 2007-08-27	Systembetegnelse: TS 22.36 001	
<p>Typegodkendelse udstedt i h.t. Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse om kontrol af vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand.</p> <h2 style="text-align: center;">KOLDTVANDSMÅLER</h2> <p><b>Producent</b> Siemens Flow Instruments A/S.</p> <p><b>Ansøger</b> Siemens Flow Instruments A/S.</p> <p><b>Art</b> Elektromagnetisk induktiv volumenflowmåler.</p> <p><b>Type</b> Indikator: SITRANS F M MAGFLO MAG 5000CT rack-monteret eller kompakt udgave. Flowsensor: SITRANS F M MAGFLO MAG 3100W.</p> <p><b>Anvendelse</b> Som volumenmåler til måling af koldt vandværksvand med temperatur mellem 0 og 30 °C i h.t. Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse. Hermed er måleren også godkendt med indikator af typen SITRANS F M MAGFLO MAG 5000CT. Øvrige legale måledata uændret i henhold til beskrivelse for SITRANS F M MAGFLO MAG 6000CT i attest nr. 1997-4163-1040 udg. 2.</p> <p><b>DOKUMENTATION</b> Ansøgning nr. 1999-4163-1363 Samtidig med dette tillæg forlænges gyldighedsperioden for typegodkendelsen 1997-4163-1040 og tillæg nr. 1: 1999-7053-1358.</p> <p style="text-align: center;">P. Claudi Johansen</p>		
<p><b>BEMÆRK !</b> Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.</p>		