



Erhvervsfremme
Styrelsen

Erhvervsministeriet

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf. 35 46 60 00
Fax 35 46 60 01
E-post efs@efs.dk
www.efs.dk

1. tillæg til		Nr.: 2000-7053-1466
TYPEGODKENDELSESATTEST		Udgave: 1
1995-4163-0710		Dato: 2000-04-12
Gyldig til: 2007-10-07	Systembetegnelse:	TS 24.81 007
<h1>MASSEFLOWMÅLER</h1> <h2>GYLDIGHEDSFORLÆNGELSE</h2>		
Producent	Micro Motion Inc., USA Spektra-Tek UK Ltd, England C.B.S., Holland.	
Ansøger	Fisher-Rosemount A/S, Hejrevang 11, 3450 Allerød	
Art	Coriolis kraft baseret masseflowmåler, kombineret med følgeudstyr.	
Type	Flowsensor (målehoved) : Type D og CMF Transmitter (signalomsæt.) : Type RFT9739R/E Flowcomputer : Sentinel 500 Printerinterface : SEU01 Multiplexer : PSU04 Multiplexer : DCU	
Anvendelse	Til stationær (klasse B og/eller C) masseudmåling af mængder af væske i.h.t. OIML R105.	
P. Claudi Johansen		
BEMÆRK !	Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.	